

Прокуратура района в районной больнице выявила нарушения в сфере обращения медицинских изделий.

Проведенной проверкой установлено, что в ГБУЗ РБ Балтачевская центральная районная больница нарушались установленные правила в сфере обращения медицинских изделий.

Так, применялись медицинские изделия с истекшим сроком поверки, на один из анализаторов концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе не был заключен договор на техническое обслуживание.

По данному факту прокуратурой района в отношении должностного лица медицинской организации возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 6.28 КоАП РФ (нарушение установленных [правил](#) в сфере обращения медицинских изделий, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния), в адрес главного врача лечебно-профилактического учреждения внесено представление об устранении нарушений закона, которые рассмотрены, виновные лица привлечены к административной и дисциплинарной ответственности. Нарушения устранены.

Помощник прокурора

юрист 1 класса

Д.М. Хайруллин